

Hoofdstuk 4 Neonatale gehoorscreeningsapparatuur

4.1 Inleiding

De neonatale gehoorscreening bestaat uit maximaal drie screeningsrondes. In de eerste twee rondes wordt screeningsapparatuur gebruikt op basis van klik-OAE's (Oto Akoestische Emissies). In de derde ronde screeningsapparatuur op basis van AABR (Automated Auditory Brainstem Response).

De neonatale gehoorscreeningsapparatuur die door de JGZ-organisaties wordt gebruikt dient te voldoen aan kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen voor OAE- en AABR-screeningsapparatuur staan beschreven in bijlage G.

Ook wanneer een nieuwe versie van een OAE- en/of AABR- gehoorscreeningsapparaat op de markt komt dient eerst getoetst te worden of het voldoet aan deze kwaliteitseisen.