
Situatie
Er komt een nieuw apparaat op de markt
Typekeuring
-Vaststellen of type apparaat voldoende kwaliteit heeft
-Verantwoordelijkheid van fabrikant
Lijst met goedgekeurde apparaten
Situatie
Aanschaf nieuw apparaat door echopraktijk
Acceptatietest in de echopraktijk
-Vaststellen of het gekochte apparaat inderdaad voldoende kwaliteit heeft
Periodieke test in de echopraktijk
-Heeft het apparaat nog steeds voldoende kwaliteit
-Na 3 en 5 jaar, daarna jaarlijks
Situatie
Twijfel aan de kwaliteit of na reparatie
Incidentele test in de echopraktijk
-Controle of apparaat (weer) de juiste kwaliteit levert
Altijd controle door de gebruiker
-Zijn er zichtbare mankementen